

Na/Cl/pH filling solution

FINALIDADE:

Solução para enchimento do eletrodo de Na, Cl, pH.

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar entre 5 e 35°C.

< 1% NaCl

< 1% Tris

< 1% amino metano

PREPARO DOS REAGENTES:

A solução é pronta para uso.

ESTABILIDADE:

A solução é estável até o vencimento da data de validade quando armazenado entre 5 e 35°C. Não congelar e evitar contaminação. Depois de aberta, a solução é estável por 12 meses.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito acima e em sua embalagem original.

TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

PRECAUÇÕES:

- Quando o reagente entra em contato com amostras ou controles, deve ser manuseado como potencialmente infectante e deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais.
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Os reagentes são irritantes para a pele. Em caso de contato com a pele, lavar a pele com muita água e, se a irritação persistir, consultar um médico.
- Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTO:

Para a utilização correta da solução, ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do equipamento.

APRESENTAÇÃO:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
17470/75	Na/Cl/pH filling solution	1 x 100mL

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: **31-3067-6400** E-mail: invitroms@invitro.com.br

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

Fabricante: Human GmbH Max-Planck-Ring 21, D 65205, Wiesbaden, Alemanha.

Regularizado por: In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053. CNPJ: 42.837.716/0001-98.

Telefone: 31-3067-6400 e-mail: invitroms@invitro.com.br

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

ANVISA: 10303460396 Classe de Risco: II

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização



Limites de temperatura (conservar entre)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro